



NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul.17-go Stycznia 23
02-148 Warszawa
tel. 22-500-31-94 fax. 22-500-37-22
e-mail: zamowienia.nadwislanski@strazgraniczna.pl

„ZATWIERDZAM”

płk SG Zbigniew BARTNICKI

Zastępca Komendanta
Nadwiślańskiego Oddziału
Straży Granicznej

Numer sprawy 16/FI/ZM/17
Numer wchodzący 14653
z dnia 09.10.2017r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

D o t y c z y: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 135 000 euro ogłoszonego przez Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej na dostawę sprzętu specjalistycznego dla Laboratorium Kryminalistycznego Straży Granicznej.

Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu specjalistycznego dla Laboratorium Kryminalistycznego Straży Granicznej. Wykonawca wyłoniony w procedurze przetargu nieograniczonego zrealizuje zamówienie w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).
3. Realizacja zamówienia będzie odbywać się zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy).

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
ul.17-go Stycznia 23, 02-148 Warszawa, REGON: 015783045 NIP: 522-273-59-86

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: www.nadwislanski.strazgraniczna.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu specjalistycznego dla Laboratorium Kryminalistycznego Straży Granicznej, wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej SIWZ.

Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień i oznaczony kodem CPV 38432210-7, 38510000-3.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub więcej części zamówienia.

Część I – Chromatograf gazowy

Część II – Mikroskop cyfrowy

Okres gwarancji wynosi minimum 1 rok od dnia instalacji.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców (art. 36 b ust. 1 ustawy). Jeżeli Wykonawca nie zamieści w ofercie ww. informacji wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców. W przypadku powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za własne.

Jeżeli w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w załącznikach do niej użyto do opisu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki

towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, a także norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów i rozwiązań równoważnych, przez które należy rozumieć produkty i rozwiązania o parametrach spełniających wymagania Zamawiającego, co najmniej w tym zakresie, co produkt opisany w opisie przedmiotu zamówienia. W takim wypadku do oferty należy załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie równoważności.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: **maksymalnie do 15.12.2017 r.**

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w:
 - 1) art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy;
 - 2) art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie** w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej (pkt 1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać, że każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 niniejszej SIWZ.
4. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
5. **Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaze zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.** Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4. Oświadczenie należy przekazać faksem lub e-mailem.
6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7. Inne dokumenty wymagane od Wykonawców:
Wykonawca dołącza do oferty opis oferowanego przedmiotu zamówienia.

Forma składanych dokumentów:

1. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Ofertę należy złożyć według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Wykonawcy przedstawią ofertę w oryginale zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
3. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - musi być napisana w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy) na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, we własnym imieniu lub w imieniu innego wykonawcy (ów).
5. Zgodnie z art. 23 ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w formie np. konsorcjum) pod warunkiem, że ich oferta spełniać będzie następujące wymagania:
 - Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 - wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,
 - wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące pełnomocnika,
6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenie Wykonawcy, poświadczenie kserokopii dokumentów z zgodność z oryginałem) muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposób zgodny z opisanym w rozdziale VII niniejszej SIWZ - Forma składanych dokumentów).
7. Zamawiający zaleca, by każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
8. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia (np. całą ofertę Wykonawca może przesuwać, a końce sznurka trwale zabezpieczyć lub zszyć wszystkie strony, co najmniej, na dwie zszywki, itp.)
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby sporządzającej parafkę).
10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zsyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
13. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji

kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW:

1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
w sprawach procedury przetargowej:
- Monika Kasperska - Sekcja Zamówień Publicznych NwOSG (tel. 22-500-33-66);
w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
- Tomasz Kunda – Laboratorium Kryminalistyczne SG (tel. 22-500-44-42) - chromatograf gazowy;
- Grzegorz Filipiak – Laboratorium Kryminalistyczne SG (tel. 22-500-44-41) - mikroskop cyfrowy;
2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: **Sekcja Zamówień Publicznych Pion Głównego Księgowego NwOSG, 02-148 Warszawa, ul. 17 Stycznia 23.**
5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: **zamowienia.nadwislanski@strazgraniczna.pl**, a faksem na nr **22-500-37-22**.
6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania związane z prowadzonym postępowaniem, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3.
10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez wskazania źródła zapytania, oraz udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz udostępni na stronie internetowej.

X. MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY:

1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta (patrz rozdział XII SIWZ), tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.
Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany, zostaną dołączone do oferty.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.

Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta (patrz rozdział XII SIWZ), tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „WYCOFANIE”.

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane.

UWAGA: Do składanego powiadomienia należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej go do występowania w imieniu Wykonawcy.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę wraz z wszystkimi podpisanymi załącznikami, należy umieścić w kopercie zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2. Koperta ma być zaadresowana (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) oraz opisana według poniższego wzoru:

Przetarg nr 16/FI/ZM/17 Oferta na dostawę sprzętu dla Laboratorium Kryminalistycznego SG

3. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.
4. Ofertę należy złożyć do dnia **17.10.2017 r. do godz. 10.00** w Biurze Przepustek NwOSG w Warszawie przy ul. 17-go Stycznia 23, budynek nr 1 (w godz. 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku).
5. Wykonawca (na żądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
6. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.
7. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Miejsce i tryb otwarcia ofert:

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj. w Warszawie przy ul. 17-go Stycznia 23 (budynek nr 2, pok. 9) w dniu **17.10.2017 r. o godz. 10.30**.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.nadwislanski.strazgraniczna.pl informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA O WALUCIE, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:

1. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915 oraz z 2016r. poz. 1823);
2. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku Wykonawcy spoza wspólnego obszaru celnego Unii Europejskiej również opłaty celne na warunkach DDP miejsca realizacji.
3. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

Uwaga: Cenę ofertową należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XIV. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT:

1. Oceniane kryteria i ich znaczenie w ocenie:

Lp.	Nazwa kryterium	Ranga w %	Sposób oceny
1	Cena	60 %	Minimalizacja
2	Gwarancja	20 %	Maksymalizacja
3	Termin wykonania zamówienia	20 %	Minimalizacja

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszej ceny, warunków gwarancji i terminu dostawy przedstawionych przez Wykonawców w postępowaniu. Oferta, która otrzyma największą ilość punktów za ww. kryteria spośród złożonych ofert zostanie wybrana za ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Zaoferowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, który nie spełni warunków, określonych przez Zamawiającego w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”, spowoduje, że oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona przez Zamawiającego zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

Informacja o odrzuceniu oferty zostanie przesłana zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy.

2. Szczegółowe zasady oceny ofert:

Punkty za ww. kryteria zostaną obliczone wg poniższych zasad:

a) Kryterium CENA (P_c)

$$P_c = (\text{Cena oferty najniższej} / \text{Cena oferty ocenianej}) * 100 * \text{Ranga kryterium (60\%)}$$

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 60

b) Kryterium GWARANCJA (P_g)

Punkty zostaną przyznane na podstawie wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) okresu gwarancji.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał okres gwarancji w pełnych latach.

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie poddany będzie okres gwarancji powyżej wymaganego – minimum 1 rok, tj.:

CZEŚĆ I – Chromatograf gazowy	CZEŚĆ II – Mikroskop cyfrowy
Gwarancja 1 rok – 0 punktów	Gwarancja 1 rok – 0 punktów
Gwarancja 2 lata i więcej – 20 punktów	Gwarancja 2 lata – 10 punktów
	Gwarancja 3 lata i więcej – 20 punktów

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 20

c) Kryterium TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (P_t)

Punkty zostaną przyznane na podstawie wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) terminu wykonania zamówienia.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin wykonania zamówienia do 05.12.2017r. otrzyma 20 punktów

Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin wykonania zamówienia 15.12.2017r. otrzyma 0 punktów

Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin pośredni (pomiędzy wymaganym minimalnym 05.12.2017r. a maksymalnym 15.12.2017r.) otrzyma proporcjonalnie po 2 punkty za każdy dzień w powyższym przedziale, np. za termin 08.12.2017r. otrzyma 14 punktów, za 11.12.2017r. otrzyma 8 punktów, za 14.12.2017r. otrzyma 2 punkty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 20

OCENA KOŃCOWA OFERTY:

$$\text{Suma punktów za wszystkie kryteria tj. } P = P_c + P_g + P_t$$

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

3. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia.

- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego;
- Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z przepisami określonymi w art. 87 ust. 2 ustawy.
- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niniejszym rozdziale kryteria wyboru.
- umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, zostanie zawarta niezwłocznie po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne (zgodnie z art. 94 ustawy). Umowa zostanie podpisana wyłącznie na warunkach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ, stanowiącym projekt umowy.

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy.
3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
4. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość złożonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, wówczas Wykonawca ten na żądanie Zamawiającego przedłoży dokument wymagany treścią art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. –Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1030 z późn. zm.).
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy) tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto Zamawiający może żądać przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą umowę zgodnie z dołączonym do SIWZ projektem umowy (załącznik nr 5). Do przedstawionego projektu umowy zostaną wprowadzone wszystkie zobowiązania Wykonawcy, wyłonionego w trakcie procedury, wynikające z przedstawionej przez niego oferty.

XVII. ZMIANA POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY.

Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

1. Zmiany wynagrodzenia w przypadku:
 - a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT;

VIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Każdemu Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy, takie jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Załączniki na str.

Załącznik nr 1	- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2	- Formularz ofertowy
Załącznik nr 3	- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4	- Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 5	- Projekt umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I - Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas typu pojedynczy kwadrupol (GC-MS) z jonizacją elektronową (EI)

Część chromatograficzna musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

Chromatograf gazowy

- Wbudowany ekran pozwalający na sterowanie pracą oraz podgląd aktualnych parametrów pracy chromatografu z możliwością podglądu na parametry dozownika, detektora, kolumny w czasie rzeczywistym
- Kompensacja zmian ciśnienia atmosferycznego
- Wyposażony w funkcję „eco” minimalizującą zużycie prądu i gazu nośnego w trybie bezczynności
- Termostat kolumn
 - pojemność na co najmniej 2 kolumny chromatograficzne
 - zakres temperatur pieca od +4°C powyżej temperatury otoczenia do 450°C
 - szybkość chłodzenia pieca od 450°C do 50°C nie więcej niż 5 min (bez modyfikacji pieca)
 - możliwość zastosowania co najmniej 10 narostów temperaturowych
- Dozownik typu „split/splitless” (1szt.)
 - sterowany komputerowo z maksymalną temperaturą pracy do co najmniej 400°C
 - możliwość ustawienia maksymalnego podziału do nie mniej niż 7000:1
 - przynajmniej 3 stopni programowania ciśnienia i przepływu
 - zakres ciśnień co najmniej od 0 do 600 kPa
 - systemy elektronicznego sterowania przepływami i ciśnieniami o dokładności ustawień ciśnienia nie gorszej niż 0,01 kPa (0,001 PSI)
 - system do szybkiej wymiany wkładki szklanej w dozowniku bez konieczności zapowietrzania próżni spektrometru mas
- Wylot powietrza skierowujący strumień gorącego powietrza z chromatografu ku górze z możliwością odprowadzenia do systemu wentylacji

Automatyczny podajnik próbek ciekłych z tacą na co najmniej 100 fiolek:

- Objętość nasytywania co najmniej od 0,01 do 50ul zależnie od użytej strzykawki
- Programowalna szybkość nasytywania
- Możliwość pobrania przez strzykawkę próbki, powietrza i rozpuszczalnika
- Możliwość pobrania przez strzykawkę próbki, standardu wewnętrznego i rozpuszczalnika
- Możliwość rozbudowy o opcję czytnika kodów kreskowych oraz miejsce do grzania i mieszania fiołki

Część detektora mas musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

Spektrometr mas (MS)

- Pojedynczy kwadrupolowy analizator mas z możliwością wygrzewania do temperatury 200°C, niewymagający stosowania dodatkowych wymiennych prefiltrów
- Jonizacja elektronowa (EI) z dwoma filamentami i możliwością przełączania ich bez konieczności zapowietrzania układu detektora
- Zakres skanowania co najmniej od 2 do 1000 m/z
- Regulacja temperatury źródła jonów w zakresie co najmniej od 150°C do 300°C
- Regulacja temperatury linii transferowej do 350°C
- Możliwość regulacji energii źródła jonizacji w zakresie co najmniej 10 – 100eV
- Szybkość skanowania przynajmniej 10 000 amu/sek
- Minimalny poziom detekcji (IDL) nie większy niż 25 fg, potwierdzony pisemnym raportem przy instalacji
- Zakres dynamiczny detektora, co najmniej na poziomie 10⁶
- Stabilność sygnału nie mniejsza niż 0,1 amu na 48 godz
- Możliwość pracy w trybach: Scan, SIM oraz w jednoczesnym trybie Scan/SIM
- System próżniowy – wbudowana w przyrząd pompa dyfuzyjna o wydajności co najmniej 65L/s dla He oraz pompa wstępna,

- Wydajność systemu próżniowego odpowiednia do zainstalowania jednocześnie dwóch kolumn do spektrometru mas
- Możliwość doposażenia urządzenia w zestaw do podłączenia dwóch kolumn do spektrometru mas

Sterowanie urządzeniem, akcesoria i wymagania dodatkowe:

- Komputer sterujący z systemem operacyjnym Windows
- Komunikacja PC – Chromatograf w oparciu o interface Ethernet (LAN)
- Dwa monitory co najmniej 24” LED
- Cztery dyski przenośne o pojemności co najmniej 2TB do archiwizacji danych
- Monochromatyczna drukarka laserowa z kablem podłączeniowym kompatybilna z komputerem sterującym
- Klawiatura, mysz
- Oprogramowanie sterujące przyrządem i autosamplerem z zewnętrznego komputera, umożliwiające pełną kontrolę zestawu, analizę ilościową i jakościową zbierające dane i służące do ich archiwizacji i generowania raportów, ze statystyką krzywej wzorcowej
- 4-stanowiskowa wersja offline ww. oprogramowania
- Oprogramowanie w języku polskim lub angielskim z pełnymi polskimi instrukcjami i pracujące pod systemem operacyjnym Windows
- Biblioteki widm masowych: „NIST 2017”, „Designer Drugs 2017” oraz najnowszy katalog „NIST SWGDRUG”
- Oprogramowanie dające możliwość precyzyjnego odtwarzania chromatograficznych czasów retencji poprzez dostrajanie ciśnienia na czole kolumny z wykorzystaniem modułu kontroli pneumatyki z opcją tworzenia bibliotek przez użytkownika
- Zestaw części eksploatacyjnych składający się z co najmniej:
 - Zapasowe strzykawkki do automatycznego podajnika o poj. 10ul - co najmniej 10 szt.
 - Uszczelki (septy) wysokotemperaturowe (400°C) – 100 szt.
 - Liner Split z watą szklaną - 10 szt.
 - Nakrętki do montażu kolumn – 5 szt.
 - Uszczelka O-ring do linera split, 10 szt.
 - Ferule do kolumn kapilarnych - 10 szt.
 - Fiolki o pojemności 2 ml wraz z kapslami do podajnika próbek – 1 000 szt.
 - Fiolki SOLVENT/WASTE do podajnika próbek (Wash & Waste Vials) – 100 szt.
 - Kolumna chromatograficzna typu HP-5MS Ultra Inert 30m x 0,25mm x 0,25um lub równoważna o takich samych parametrach
 - Standard oktafluoronaftalenu 1pg/μl do sprawdzenia specyfikacji
 - Zestaw do czyszczenia źródła jonów wraz z kompletem rękawiczek
 - Zestaw instalacyjny oraz wszystkie części niezbędne do uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania systemu
 - Olej do pompy wstępnej 1litr – 3 szt.
 - Filtr oparów oleju do wylotu pompy wstępnej – 3szt.
- Gwarancja minimum 24 miesiące
- Minimum 4 dni szkolenia z obsługi i konserwacji urządzenia, z czego 2 dni po instalacji aparatu, a kolejne 2 dni szkolenia do 9 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. Przeszkolony personel otrzyma imienne certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia
- Uruchomienie urządzenia u użytkownika docelowego
- Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy z bieżącej produkcji (rok produkcji 2017) i kompletny, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem

CZĘŚĆ II - BADAWCZY MIKROSKOP CYFROWY

Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy mikroskop cyfrowy umożliwiający obrazowanie, dokumentację i pomiar wyposażony w:

Kamera:

Element odbioru obrazu

- Min. 1/1,8-cala, czujnik wizyjny CMOS.
- Liczba klatek na sekundę: min. 50 klatek/sek.
- Rozdzielczość: od 2 miliony pikseli: 1600 (poziom) x 1200 (pion) do 18 milionów pikseli 4800 (poziom) x 3600 (pion) w trybie x3 CMOS.
- Powinna posiadać funkcję HDR (na żywym obrazie).
- Możliwość demontażu kamery wraz z obiektywem z podstawy oraz obserwacji kontaktowej.

Monitor LCD:

- Kolorowy wyświetlacz LCD min. 23" min. 1920 x 1060
- Format obrazu min. w formatach: JPEG, TIFF

Konsola do jednostki sterującej:

- Dedykowana konsola tej samej firmy do kontrolera do mikroskopu z możliwością automatycznej kontroli osi XYZ. Konsola powinna posiadać skróty do głównych funkcji mikroskopu.

Źródło światła dla kamery:

- Lampa LED z oświetleniem pierścieniowym wychodzące z jednostki sterującej z modyfikacją oświetlenia na wykonanym zdjęciu.

Interfejsy sterownika:

- Wyjścia USB 3.0 oraz wyjścia USB 2.0.
- Wyjście LAN wraz z możliwością podpięcia mikroskopu z serwerem zewnętrznym.

Oprogramowanie:

- Oprogramowanie do nagrywania obrazu w ruchu.
- Oprogramowanie do tworzenia modeli 3D oraz pomiarów 3D w czasie rzeczywistym.
- Oprogramowanie do automatycznego pomiaru powierzchni obrazu 2D (pole, obwód, długość szerokość) bazujące na kontraście bieli lub koloru.
- Możliwość wyświetlania na ekranie min. 4 obrazów lub więcej w celu porównań.
- Oprogramowanie do wpisywania komentarzy i znaczników.
- Funkcja usuwania blasku również podczas nagrywania filmów.
- Funkcja usuwania odbicia z pierścienia oświetleniowego.
- Oprogramowanie dedykowane do mikroskopu.
- Łączenie obrazów w osiach XY min. 20.000x20.000 (stitching)
- Funkcja reprodukcji ustawień mikroskopu (np. oświetlenia i funkcji cyfrowych) – pozwala wykonać zdjęcie kolejnej próbki przy wykorzystaniu ustawień zapamiętanych w wykonanym uprzednio zdjęciu
- Możliwy transfer danych obrazu pomiędzy mikroskopem a komputerem PC.
- Oprogramowanie bez limitu instalacji na wiele komputerów PC.
- Możliwość wyeksportowania chmury punktów z plików 3D w celu dalszej analizy CAD.
- Funkcja stabilizacji obrazu

Funkcje Pomiarowe oprogramowania:

- Pomiary odległości, kątów, promieni, objętości.
- Możliwość automatycznego zliczania obszaru na podstawie np. różnic kontrastu, koloru
- Pamięć – zapis w formacie CSV.
- Pomiar 3D wysokości na modelu 3D.
- Funkcja automatycznego wykrywania krawędzi.
- Funkcja pomiaru chropowatości.
- Funkcja określania punktów charakterystycznych na detalu do automatycznego wykonywania serii zdjęć 3D.
- Wyświetlanie skali na ekranie w celu łatwego określenia wielkości detali.
- Oprogramowanie do nakładania pomiarów 2D (punkty, linie) na kolejne obrazy. Usprawnia szybkie pomiary tych samych próbek.
- Pomiary wysokości również na złożonym obrazie 2D.

Obiektywy min 2 wymienne:

Obiektiw 1

- Powiększenie min. w przedziale 20-200x o odległość robocza min. 20 mm.
- Pole widzenia nie mniejsze niż 15mm x 11mm (powiększenie 20x).
- Obiektiw powinien posiadać możliwość demontażu z kamerą i obserwację kontaktową.
- Obiektiw powinien posiadać filtr iluminacji bocznej (10 stopni) oraz filtr iluminacji rozproszonej – dyfuzor jak również filtr polaryzacji.

Obiektiw 2

- Powiększenie min. w przedziale 100-1000x o odległości roboczej min. 20mm.
- Pole widzenia nie mniejsze niż 3mm x 2mm.
- Obiektiw powinien posiadać adapter kontaktowy do obserwacji mobilnej.
- Obiektiw powinien posiadać oświetlenie w jasnym, ciemnym polu oraz mix oświetleń jasnego i ciemnego pola.
- Obiektiw powinien posiadać filtr iluminacji bocznej (10 stopni) jak również filtr polaryzacji pola jasnego i ciemnego. Obiektiw również powinien posiadać kontrast nomarskiego DIC.
- Obiektivy nie mogą posiadać żadnej aberacji koloru przy skalaniu w osi Z.
- Obiektivy muszą być kompatybilne z różnymi systemami sterującymi również z nowszej generacji jednostkami sterującymi.

Podstawa mikroskopu:

- Kąt obrotu od 0° do 90° z blokowaniem w pozycji pionowej i poziomej.
- Obserwowany obraz powinien pozostać w polu widzenia przy pochylaniu obiektywu i rotacji stolika.
- Czujnik położenia kąтового obiektywu ze wskazaniem wartości kąta (dokładność do 0,1°).
- Zakres ruchu osi XY min. 50mm rozdzielczość 1um.
- Zakres ruchu motoru Z min. 45mm minimalny skok 0,1um.
- Światło przechodzące z filtrem polaryzacji.
- Udźwig 5kg.

Dodatkowe wymagania:

- Dedykowany do urządzenia kalibrator.
- Automatyczna kalibracja systemu za pomocą dedykowanego kalibratora.
- Możliwość zamontowania do systemu obiektywów 20-200x oraz 100-1000x
- Możliwość rozbudowy o obiektywy 250-2500x, 500-5000x, 20-2000x, 50-500x, 0,1-50x
- Wszystkie składowe zestawu muszą pochodzić od jednego producenta.
- Możliwość podpięcia dedykowanego kontrolera do mikroskopu do monitora zewnętrznego przez złącze HDMI lub DVI oraz do rzutnika.

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

- Mikroskop powinien posiadać certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa.
- Mikroskop musi być zainstalowany przez autoryzowany serwis.

Gwarancja:

- Gwarancja na wszystkie elementy urządzenia będącego przedmiotem postępowania minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.

Serwis:

- Serwis gwarancyjny musi być świadczony przez autoryzowany serwis producenta.
- Darmowe wsparcie techniczne realizowane w języku polskim na terenie kraju.
- Darmowe aktualizacje oprogramowania dożywotnio.
- Darmowy system zastępczy na czas serwisowania w przypadku awarii, także po gwarancji.
- Czas przybycia serwisu na zgłoszenie maksymalnie 24 godziny w dni robocze.
- Dedykowany konsultant/serwisant na terenie woj. Mazowieckiego.
- Darmowa kalibracja sprzętu min. 1x w roku.

Dostawa i włączenie do eksploatacji:

- Instalacja, uruchomienie, testowanie i włączenie do eksploatacji.
- Termin dostawy maksymalnie do 7 dni roboczych od daty zamówienia;

Szkolenie:

- Przeprowadzone w języku polskim, w siedzibie zamawiającego w wymiarze 1 dzień roboczy dla co najmniej 5 osób wskazanych przez użytkownika - potwierdzone stosownym zaświadczeniem lub certyfikatem z zakońzonego szkolenia

Wymagania:

1. Oferowany produkt jest sprawny, fabrycznie nowy i nieużywany oraz **został wyprodukowany nie później niż 6 (sześć) miesięcy przed datą dostawy (czyli nie starszy niż 6 miesięcy).**
2. **Oferowane urządzenie i oprogramowanie** zostanie zakupione w autoryzowanym kanale dystrybucji producenta i posiada pakiet usług gwarancyjnych producenta obejmujący użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Oferowany produkt nie jest przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
4. Usługi gwarancyjne dotyczące urządzenia i oprogramowania będą świadczone przez serwis producenta/serwis autoryzowany przez producenta.
5. Wsparcie techniczne urządzenia i oprogramowania będzie świadczone przez producenta lub podmiot posiadający autoryzację producenta do świadczenia wsparcia technicznego.
6. Dostarczone oprogramowanie musi zapewniać pełną kompatybilność, oraz jak najlepsze dopasowanie rozwiązań technicznych mających wpływ na pełną interoperacyjność gwarantującą bezkolizyjną integrację zamawianych komponentów na poziomie funkcjonalnym.
7. Instrukcja obsługi w języku polskim – w wersji papierowej i elektronicznej.
8. Producent/serwis autoryzowany przez producenta zapewni dostarczenie do Zamawiającego urządzenie zastępcze (równoważne) jeżeli okres naprawy wyniesie powyżej 14 dni.
9. W cenie urządzenia dostawa na miejsce (Wydział VI LKSG ZOŚ KGSG, pom. nr 4, bud. nr 5, ul. 17 Stycznia 23 w Warszawie).

(pieczęć wykonawcy)

OFERTA

Ja (My), niżej podpisani
działając w imieniu i na rzecz:

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres siedziby wykonawcy)

REGON nr NIPnr KRS/CEIDG

nr telefonunr fax/e-mail

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy sprzętu specjalistycznego dla Laboratorium Kryminalistycznego Straży Granicznej - sprawa nr 16/FI/ZM/17 składamy niniejszą ofertę. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z niżej wymienionymi warunkami:

Część	Cena brutto	Słownie cena brutto	Gwarancja	Termin wykonania zamówienia
Część I – Chromatograf gazowy				
Część II – Mikroskop cyfrowy				

Przyjmujemy zasady płatności określone w projekcie umowy.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.


Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)



OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącego **dostawy sprzętu specjalistycznego dla Laboratorium Kryminalistycznego Straży Granicznej - sprawa nr 16/FI/ZM/17**, oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy.

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy*). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: (*podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG*) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

....., dn.


.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)



OŚWIADCZENIE

Po zapoznaniu się z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego **dostawy sprzętu specjalistycznego dla Laboratorium Kryminalistycznego Straży Granicznej - sprawa nr 16/FI/ZM/17**

oświadczamy, że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych **przynależymy / nie przynależymy*** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017r. poz. 229, 1089 i 1132)

UWAGA: WYPEŁNIĆ I ZŁOŻYĆ PO OTWARCIU OFERT

* niepotrzebne skreślić

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)

**WARUNKI UMOWY - PROJEKT UMOWY
UMOWA NR**

zawarta w dniu roku w Warszawie

Pomiędzy Komendantem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 23 reprezentowanym przez:

płk. SG Zbigniewa BARTNICKIEGO – Zastępcę Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej,

przy kontrasygnacie:

ppłk. SG Krzysztofa CZYŻA – Głównego Księgowego Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....

reprezentowaną przez:

.....

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

W wyniku udzielenia przez **Zamawiającego** zamówienia publicznego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) została zawarta umowa następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu sprzęt zgodnie ze szczegółowym opisem (szczegółowymi opisami) przedmiotu zamówienia i ofertą załączonymi do umowy i stanowiącymi jej integralną część jako załączniki nr 1 i 2.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

§ 2

1. Sprzęt będący przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu i rozładuje do Laboratorium Kryminalistycznego Straży Granicznej, 02 - 148 Warszawa, ul. 17 Stycznia 23, dokona jego instalacji i uruchomienia oraz przeprowadzi szkolenie osób użytkujących powyższy sprzęt, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia na własny koszt w godzinach: 9.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku w terminie do
2. Wykonawca z wyprzedzeniem 3 dni roboczych powiadomi pisemnie, lub na nr fax 22 500 37 32, Zamawiającego o dokładnym terminie dostawy przedmiotu umowy.

3. Przedmiot umowy, będzie dostarczony Zamawiającemu w opakowaniach zwyczajowo przyjętych dla tego rodzaju towarów i zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
4. Przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru. Wzór protokołu odbioru określa załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

REPREZENTACJA STRON W CELU REALIZACJI UMOWY

§ 3

1. Zamawiający upoważnia odpowiedzialnego za realizację umowydo konsultacji i kontroli w jego imieniu w zakresie przebiegu wykonania umowy przez Wykonawcę. Upoważnienie może być w każdym czasie cofnięte i udzielone innemu przedstawicielowi Zamawiającego, bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy włącznie ze szkoleniem.
2. Wykonawca wyznaczy ze swojej strony przedstawiciela odpowiedzialnego za realizację umowy do konsultacji w jego imieniu przebiegu wykonania umowy. Upoważnienie może być w każdym czasie cofnięte i udzielone innemu przedstawicielowi Wykonawcy, bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy.

WYNAGRODZENIE

§ 4

1. Strony ustalają wartość przedmiotu umowy na łączną kwotę brutto złotych (słownie złotych:).
2. Wartość brutto, o której mowa w ust. 1 zawiera obowiązujący podatek VAT oraz wszystkie koszty jakie powstaną w związku ze sprzedażą i dostawą oraz wykonaniem przedmiotu umowy.

SPOSÓB ZAPŁATY

§ 5

1. Zamawiający zapłaci należną kwotę, o której mowa w § 4 ust. 1, w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Warunkiem wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 4.
3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Wykonawca wystawi fakturę, wskazując jako płatnika:

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

02 - 148 Warszawa

ul. 17 Stycznia 23

NIP 522-273-59-86

REGON: 015783045

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI

§ 6

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na przedmiot umowy na okres miesięcy licząc od dnia odebrania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca w okresie gwarancyjnym zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i awarii w terminie do 21 dni od chwili ich pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego. W sytuacji, gdy wady lub awarii nie można usunąć Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy.
3. Koszt dostawy przedmiotu umowy do serwisu w obie strony obciąża Wykonawcę. Przedmiot umowy odbierany jest i dostarczany przez Wykonawcę do miejsca jego użytkowania na terytorium Polski wskazanego przez Zamawiającego
4. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy licząc od momentu jej dokonania.
5. Strony umowy ustalają, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozpoczyna się z chwilą dokonania odbioru przedmiotu umowy i upływa wraz z okresem gwarancji.

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

§ 7

1. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązuje się on do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,20% wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w §4 ust.1, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w §4 ust.1.
2. W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad i awarii, o którym mowa w §6 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia karę umowną w wysokości 0,20 % wartości brutto kompletów sprzętu, które z ww. powodów będą wyłączone z użytkowania .
3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z należności przysługującej Wykonawcy kary umownej naliczonej z tytułu niedotrzymania terminu dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami art. 498 i 499 kodeksu cywilnego. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.
4. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę w terminie 30 dni od dnia dokonania potrącenia zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistniałej sytuacji, o której mowa w ust. 1 i 2.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 8

1. W przypadku odstąpienia od wykonania całości lub części zobowiązania objętego umową z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeżeli przedmiot umowy nie zostanie dostarczony w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
4. Odstąpienie od wykonania umowy wymaga formy pisemnej.
5. Wykonawca zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie należności i wystawi notę w terminie 30 dni od dnia terminu zapłaty zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej.
6. W przypadku nie potwierdzenia przez organ upoważniony zgodności przedmiotu umowy ze specyfikacją techniczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem określonym w ust. 1.

SIŁA WYŻSZA

§ 9

1. Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie zostało spowodowane wydarzeniem będącym poza jej kontrolą oraz gdy w chwili zawarcia umowy, niemożliwe było uniknięcie samego wydarzenia lub przynajmniej jego skutków.
2. Za siłę wyższą nie uznaje się braków środków u Wykonawcy, nie dotrzymanie zobowiązań przez jego kontrahentów oraz brak zezwoleń niezbędnych Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolną władzę publiczną.
3. Strony zobowiązują się do powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. Powiadomienia, o których mowa w zdaniu pierwszym, należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie nie później niż w ciągu 3 dni, po fakcie wystąpienia siły wyższej. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dowodów na poparcie zaistnienia siły wyższej.
4. W przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu jak i ustaniu okoliczności siły wyższej, jak również nie przedstawienie dowodów, o których mowa w ust.3, ustęp 1 niniejszego paragrafu nie ma zastosowania.

INNE USTALENIA

§ 10

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej.

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić swoich praw ani obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie.
3. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
5. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załączniki stanowiące integralną część umowy :

Załącznik Nr 1- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Szczegółowe Opisy Przedmiotu Zamówienia);

Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy;

Załącznik Nr 3 - Wzór protokołu odbioru.

Sporządzono w 2 egzemplarzach:

Egz. Nr 1– Zamawiający

Egz. Nr 2 – Wykonawca

PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY

Miejsce dokonania odbioru: **Laboratorium Kryminalistyczne Straży Granicznej,
02 - 148 Warszawa, ul. 17 Stycznia 23.**

Data dokonania odbioru:

Ze strony Wykonawcy:
(nazwa i adres)

(imię i nazwisko osoby upoważnionej):

.....

Ze strony Zamawiającego: **Nadwiślańskiego Oddział Straży Granicznej,
(nazwa i adres) 02 - 148 Warszawa, ul. 17 Stycznia 23.**

Komisja w składzie:

1.

2.

3.

Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach Umowy nr
..... jest:

Lp.	Nazwa przedmiotu dostawy/usługi	Jednostka miary	Ilość	Nr seryjny	Wartość zł.	Dokumentacja techniczna/instrukcja obsługi/świadectwa	Uwagi
1.						Instrukcja obsługi, gwarancja, ...	
2.							
...							

Potwierdzenie kompletności dostawy/usługi:

- Tak*
- Nie* - zastrzeżenia

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy/usługi z parametrami/funkcjonalnością, zaoferowaną w ofercie:

- Zgodne*
- Niezgodne* - zastrzeżenia.....

Przekazana dokumentacja techniczna wymagana opisem przedmiotu zamówienia:

- Zgodna*
- Niezgodna* - zastrzeżenia.....

Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie- opisie przedmiotu zamówienia):

- Wykonane zgodnie z umową*
- Niewykonane zgodnie z umową* - zastrzeżenia

Końcowy wynik odbioru:

- Pozytywny*
- Negatywny – zastrzeżenia*

Termin realizacji zgony / nie zgodny* z Umową.

Opóźnienie realizacji umowy dni.

Podpisy:

1.

2.

3.

4.
(Członkowie komisji Zamawiającego)

.....
(Przedstawiciel Wykonawcy)

* niewłaściwe skreślić