

Warszawa, dnia 26 czerwca 2018 r.



**ZASTĘPCA KOMENDANTA
NADWIŚLAŃSKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. Powstania Warszawskiego
NW-FI/...../18**

Egz. poj.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu specjalistycznego dla Laboratorium Kryminalistycznego SG oraz zestawów i urządzeń do mechanoskopii dla oddziałów SG - sprawa nr 13/FI/ZM/18

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania od potencjalnego Wykonawcy, w brzmieniu przytoczonym poniżej, w trybie przewidzianym w art. 38 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Poniższe pytania dotyczą Części IV przedmiotu zamówienia:

Pytanie 1: Zamawiający w punkcie 2 części IV, Załącznika nr 1 podaje specyfikację komputera typu laptop. Zgodnie z informacjami od dystrybutorów takiego sprzętu, specyfikacja ta jest dostępna tylko w trybie zamówienia specjalnego, bezpośrednio u producentów, co znacząco podwyższa koszty oraz czas dostawy.

Czy Zamawiający dopuści następującą zmianę w tej specyfikacji:

- "Wbudowana kamera HD", na "wbudowana kamera, przynajmniej o rozdzielczości 1 megapiksel"
- "typ procesora" - min. 10 000 pkt. na "min. 8 000 pkt. w PassMark, wyposażony w 4 rdzenie fizyczne i 8 wątków logicznych, oferowany na rynku przynajmniej od 1 stycznia 2018 r."

Prośbę swoją motywujemy, faktem, że na liście PassMark, mimo, że widnieją procesory mobilne, powyżej 10000 punktów, to nie występują one w konfiguracji z pozostałymi parametrami wskazanymi przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza następujące zmiany w parametrach komputera typu laptop:

- wbudowana kamera o rozdzielczości przynajmniej 1 megapiksel;
- typ procesora - dopuszczalne jest pominięcie testu PassMark, jednak procesor musi spełniać następujące kryteria:

liczba rdzeni/wątków: 4/8

bazowa częstotliwość procesora min. 3,10 GHz

pamięć podręczna (cache) min. 8 MB

produkowany od 2018 r.

Pytanie 2: W punkcie 10 części IV, Załącznika nr 1 opisane są urządzenia. Proszę o doprecyzowanie, czy są to funkcjonalności jakie mają spełnić 4 urządzenia, jedno urządzenie, czy może dowolna ilość urządzeń, pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków. Czy którakolwiek z tych funkcjonalności ma być zapewniana przez urządzenie przenośne, nie podłączone do sieci elektrycznej (akumulatorowe)?

Odpowiedź: Dopuszczalne są trzy lub cztery urządzenia oraz możliwość rozruchu przez urządzenie nie podłączone do sieci.


Pytanie 3: W punkcie 24 części IV, Załącznika nr 1, w punkcie opisującym profesjonalne klucze nasadowe TORX (...) IMBUS itd. uwzględnione są przejściówki do grzechotki 1/2 cala i 3/8". Proszę o doprecyzowanie z jakiego rozmiaru na jaki rozmiar ma być przejście. Z której strony ma być grzechotka a z której klucz nasadowy. Czy mają to być adaptory z nasadek 1/2" i 3/8" do grzechotki np. 1/4"?

Odpowiedź: Dwie przejściówki z gniazdem 1/2" oraz 3/8" na TORX, SPLINE, IMBUS, aby była możliwość zastosowania pokrętła lub grzechotki 1/2" lub 3/8" dla kluczy ujętych w zestawie.

Pytanie 4: Odnosząc się do punktu "Dodatkowe wymagania" w pkt. 1, prosimy uprzejmie o wymienienie fragmentów, punktów "Narzędzi warsztatowych", które mają być umieszczone w walizkach i w pianie. W przypadku urządzeń jak prostownik, narzędzi jak podnośnik, lub leżanka może to być niewygodne. Prosimy o wymienienie pozycji które powinny być w walizkach, tych które możemy umieścić w standardowych walizkach narzędziowych lub mobilnych wózkach warsztatowych, a które można użytkować w walizkach dostarczonych z produktem.

Odpowiedź: W hermetycznych kufrach transportowych odpornych na zgniecenia z wkładem gąbkowym umożliwiającym przenoszenie przez 1 osobę powinny być umieszczone co najmniej narzędzia wymienione w następujących pozycjach: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

Z poważaniem

płk SG Zbigniew BARTNICKI

Wykonano w 1 egz.

Wyk./Druk. M. Kasperska (022-500-33-66)
Data: 26.06.2018r.